

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc mua sắm, lắp đặt đèn trần phòng mổ Khoa Gây mê

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu mua sắm, lắp đặt đèn trần phòng mổ. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch mua sắm, lắp đặt đèn trần phòng mổ Khoa Gây mê báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ; khối lượng; chất lượng dịch vụ (*Chi tiết tại Phụ lục I, II kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, kiểm tra,..... tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.

- Quyết định trúng thầu, hợp đồng tương tự về cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị đã thực hiện (Nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/12/2025 hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định.

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*Liên hệ Nguyễn Khánh Toàn; SĐT: 0989.120.806*). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: ĐHQ.L. T04



Thiếu tướng Lương Công Thúc

Phụ lục 1
DANH MỤC MUA SẴM, LẮP ĐẶT ĐÈN TRẦN PHÒNG MỎ KHOA GÂY MÊ
(Kèm theo Yêu cầu bảo giá ngày 15/11/2025 của BVQY103)

TT	Danh mục trang thiết bị	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Đèn chiếu sáng âm trần phòng mỏ	<ul style="list-style-type: none">- Loại đèn: LED- Mã hiệu: SMD2835- Thương hiệu: Motech- Nước sản xuất: Pháp- Công suất tiêu thụ: 40W- Độ sáng: 4000 - 4800 lm	Cái	19	
	Cộng			19	

Phụ lục II
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG MUA SẴM, LẮP ĐẶT ĐÈN TRẦN PHÒNG MÔ KHOA GÂY MÊ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 15/12/2025 của BVQY103)

TT	Danh mục trang thiết bị	Vị trí	Tình trạng hư hỏng	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Đèn chiếu sáng âm trần	Phòng mô 1	Không hoạt động, bật không sáng	Cái	02	
2	Đèn chiếu sáng âm trần	Phòng mô 4	Không hoạt động, bật không sáng	Cái	01	
3	Đèn chiếu sáng âm trần	Phòng mô 6	Không hoạt động, bật không sáng, đèn LED xuống cấp, chấn lưu giảm dòng.	Cái	02	
4	Đèn chiếu sáng âm trần	Phòng mô 17	Không hoạt động, bật không sáng	Cái	05	
5	Đèn chiếu sáng âm trần	Phòng mô 18	Không hoạt động, bật không sáng	Cái	02	
6	Đèn chiếu sáng âm trần	Phòng mô cấp cứu 1	Không hoạt động, bật không sáng	Cái	03	
7	Đèn chiếu sáng âm trần	Phòng mô cấp cứu 2	Không hoạt động, bật không sáng	Cái	04	
	Cộng				19	

Tổng số: 07 khoản

