

YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị quan trắc
nước thải tự động, liên tục cho trạm xử lý nước thải**

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp dịch vụ.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục cho trạm xử lý nước thải. Để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục thiết bị, dịch vụ; số lượng; chất lượng dịch vụ (*Chi tiết tại Phụ lục kèm theo*).

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

Tên thiết bị, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm thuế, chi phí hiệu chuẩn, kiểm định, báo cáo, phân tích, đối chứng RA,... tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội).

2.2. Hồ sơ năng lực của nhà thầu:

- Giấy đăng ký kinh doanh.
- Quyết định trúng thầu, hợp đồng tương tự về cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà đơn vị đã thực hiện (nếu có).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 03/3/2026 hoặc khi nhận đủ 03 báo giá theo quy định.

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa điểm nhận báo giá: Ban Điều hành, quản lý các toà nhà/Bệnh viện Quân y 103 (*Liên hệ Nguyễn Khánh Toàn; SĐT: 0989.120.806*). Địa chỉ: số 261 đường Phùng Hưng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: ĐHQ.L. T04



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Lương Công Thúc

Phụ lục
DANH MỤC HIỆU CHUẨN, KIỂM ĐỊNH CÁC THIẾT BỊ QUAN TRẮC
NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(Kèm theo Yêu cầu bảo giá ngày 25/02/2026 của BVQY103)

1. Yêu cầu chung

- Kiểm tra phân tích đối chứng RA (bao gồm 06 mẫu).
- Báo cáo, đánh giá thực hiện kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trạm xử lý nước thải/Bệnh viện Quân y 103.

2. Yêu cầu chi tiết

TT	Tên thiết bị	Mô tả dịch vụ/yêu cầu đạt được	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Cảm biến đo COD <i>Hãng: Endress Hauser</i> <i>Model: Viomax CAS51D</i>	- Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 - Giấy chứng nhận, kết quả hiệu chuẩn - Giấy chứng nhận kiểm định	Bộ	01	
2	Cảm biến đo TSS <i>Hãng: Endress Hauser</i> <i>Model: Turbimax CUS51D</i>	- Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 - Giấy chứng nhận, kết quả hiệu chuẩn - Giấy chứng nhận kiểm định	Bộ	01	
3	Cảm biến loại tích hợp đo pH và đo nhiệt độ <i>Hãng: Endress Hauser</i> <i>Model: Memosens CPF81E</i>	a) Đo pH - Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021	Bộ	02	

TT	Tên thiết bị	Mô tả dịch vụ/yêu cầu đạt được	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		- Giấy chứng nhận, kết quả hiệu chuẩn - Giấy chứng nhận kiểm định b) Đo nhiệt độ - Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 - Giấy chứng nhận, kết quả hiệu chuẩn			
4	Cảm biến đo Amoni Hãng: Endress Hauser Model: ISEmax CAS40D	- Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 - Giấy chứng nhận, kết quả hiệu chuẩn - Giấy chứng nhận kiểm định	Bộ	01	
5	Thiết bị đo lưu lượng Hãng: STIX Model: ESM 720	a) Thiết bị đo lưu lượng đường ống nước đầu vào - Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 - Giấy chứng nhận, kết quả hiệu chuẩn b) Thiết bị đo lưu lượng đường ống nước đầu ra - Thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 - Giấy chứng nhận, kết quả hiệu chuẩn	Bộ	02	



Handwritten signature