

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, nhà cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức mua sắm lựa chọn nhà thầu cung cấp máy đo đường huyết với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 103

- Địa chỉ: Số 261 Phùng Hưng, P.Phúc La, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá:

- Đồng chí: Nguyễn Như Sáng, khoa Trang bị/Bệnh viện Quân y 103. SĐT: 0966668103. Email: sang.nguyennhu1987@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại: Khoa Trang bị, tầng hầm B2, Bệnh viện Quân y 103;

- Qua đường bưu điện, địa chỉ nhận: Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 103 – Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 05/9/2023 đến trước 17h ngày 14/9/2023.

5. Thời hạn hiệu lực tối thiểu của báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị yêu cầu báo giá:

TT	Tên hàng hóa	DVT	SL
1	Máy đo đường huyết OneTouch Verio Vue MMOL - Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực - Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu. - Độ chính xác cao đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, 100% kết quả mẫu đo nằm trong vùng A và vùng B. - Không cần chỉnh code. - Màn hình màu. - Loại mẫu máu: mao mạch, tĩnh mạch. - Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu, lấy máu 2 cạnh bên, có cửa sổ quan sát mẫu trên que rất thuận lợi. - Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4μL.	Bộ	02

	<ul style="list-style-type: none"> - Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L) - Khoảng Hematocrit: 20 - 60% - Bộ nhớ 600 kết quả đo gần nhất - Có nút đẩy que thử để tránh nhiễm chéo giữa những bệnh nhân và nhân viên y tế. - Công nghệ Smartscan thực hiện quét mẫu máu 500 lần trong vòng 5 giây để loại bỏ các yếu tố sai lệch kết quả đảm bảo độ chính xác. 	
--	--	--

2. Địa điểm cung cấp lắp đặt: Khoa b6 - Bệnh viện Quân y 103
 - Địa chỉ: Số 261 Phùng Hưng, P.Phúc La, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội.
 3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày
- Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/cáo);
- Ban Tài chính;
- Lưu: VT, T/bi. S10..



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Trần Viết Tiến