

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, nhà cung cấp trang thiết bị y tế đã và đang hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 103

- Địa chỉ: Số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, TP. Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá:

- Đồng chí: Nguyễn Văn Khoa, Khoa Trang bị/Bệnh viện Quân y 103.

- Điện thoại: 0989.282838.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 103.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h ngày 05 tháng 10 năm 2023 đến trước 14h ngày 16 tháng 10 năm 2023.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực tối thiểu của báo giá: 90 ngày kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm).

2. Hồ sơ báo giá:

- Báo giá: các đơn vị chào giá cho toàn bộ mặt hàng trong cùng một Phụ lục (Chi tiết theo mẫu Báo giá đính kèm).

- Hồ sơ năng lực bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh; hợp đồng tương tự về hàng hóa chào giá (nếu có); Catalô (nếu có).

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt và bàn giao tại Khoa Trang bị - Bệnh viện Quân y 103.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CNTT (để đăng tải);
- Lưu: CNTT, TB. K05.



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Trần Viết Tiến

Phụ lục
MUA SẮM DÂY TRUYỀN DỊCH
(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 05/10/2023 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Danh mục	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
1	Dây truyền dịch	Cái	<p>Nắp bảo vệ chất liệu PE. Độ dài dây ≥ 150cm.</p> <ul style="list-style-type: none">- Đóng gói vô trùng túi 1 cái.- Kim chai là từ nhựa ABS nguyên sinh, không có chất DEHP.- Dây dẫn được làm từ nhựa PVC trong suốt, không bám bọt khí khi đuổi khí, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập;- Van thông khí có màng lọc vô khuẩn. <p>Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch.</p> <ul style="list-style-type: none">- Có khóa điều chỉnh tốc độ truyền dịch.- Các đầu nối không bị hở, không có gờ.- Có bầu cao su bổ sung thuốc.- Kim: Bằng thép không gỉ có nắp bảo vệ.	33000

Phụ lục
MUA SẮM DÂY HÚT DỊCH CÓ LỖ KIỂM SOÁT
(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 05/10/2023 của Bệnh viện Quân y 103)

TT	Danh mục	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
1	Dây hút dịch có lỗ kiểm soát	Cái	Dây hút dịch có lỗ kiểm soát. Chất liệu nhựa y tế, mềm, dài ≥ 50 cm, đầu cuối ống trơn nhẵn có 2 lỗ không đối xứng. Vô trùng, các số.	15000

