

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, nhà cung cấp trang thiết bị y tế đã và đang hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 103

- Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá:

- Đồng chí: Nguyễn Văn Khoa, khoa Trang bị/Bệnh viện Quân y 103. Điện thoại: 0989.282838. Email: nguyenkhoatb103@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 103.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h ngày 20 tháng 8 năm 2023 đến trước 17h ngày 28 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn hiệu lực tối thiểu của báo giá: 90 ngày kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục yêu cầu báo giá: (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

2. Hồ sơ báo giá:

- Biểu mẫu Báo giá: (Chi tiết theo mẫu báo giá đính kèm).

- Các đơn vị gửi kèm hồ sơ năng lực, bao gồm: Giấy đăng ký kinh doanh; hợp đồng tương tự về hàng hóa chào giá (nếu có); Catalô (nếu có).

3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Hàng hóa được vận chuyển, lắp đặt và bàn giao tại Khoa Trang bị - Bệnh viện Quân y 103.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV/2023.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CNTT (để đăng tải);
- Lưu: CNTT, TB. K02.



GIÁM ĐỐC

Thiếu tướng Trần Việt Tiến

DANH MỤC VẬT TƯ MUA SẴM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA BỆNH VIỆN
(Kèm theo Thư mời chào giá ngày 18/2023 của Bệnh viện Quân y 103)



TT	Tên phần	TT trong Phần	Danh mục	ĐVT	Yêu cầu kỹ thuật	Số lượng
1	phần 1	1.1	Dây truyền dịch	Cái	Phần dây dẫn dài ≥ 150 cm, đk 3mm, chống vặn xoắn. 1ml = 20 giọt. Bầu đếm giọt thể tích 4.5ml, có phin lọc. Khoá. Các đầu nối không bị hở, bóng cao su đàn hồi tốt. Vô trùng	29500
2	phần 2	2.1	Kim chạy thận nhân tạo	Cái	Thành kim mỏng. Cánh: loại xoay được hoặc cố định Mặt sau có lỗ	17500
3	Phần 3	3.1	Nẹp khoá đầu trên xương đùi, chất liệu thép không gỉ, các cỡ	Cái	Nẹp khoá đầu trên xương đùi có $\geq (2 \text{ lỗ} - 16 \text{ lỗ})$ đầu nẹp có lỗ bắt vít khoá đường kính ≥ 7.3 mm, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít khoá đường kính 5.0mm, chất liệu thép không gỉ.	7
4		3.2	Vít khoá rỗng nông, xương xốp, 7.3mm, các cỡ, thép y tế	Cái	Chất liệu thép y tế hoặc tương đương, vít tự taro, rỗng nông, khoá phần mũ vít với thân nẹp. - Đường kính ≥ 7.3 mm. Độ dài vít các cỡ.	60
5		3.3	Vít khoá xương xốp 5.0mm, các cỡ, thép y tế	Cái	Chất liệu thép y tế, đường kính ≥ 5.0 mm. Độ dài vít các cỡ	150
6	Phần 4	4.1	Bộ dụng cụ đốt Laser nội mạch	Cái	Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch gồm sợi quang đầu bọc vàng, ống thông, dây dẫn, kim. Tương thích máy Venasure 1470 đang có tại Bệnh viện.	9
7	Phần 5	5.1	Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi	Cái	Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi bao gồm: - Kim luồn chọc mạch - Dây dẫn: - Bơm tiêm - Van cầm máu hình chữ thập các kích thước	100
8	Phần 6	6.1	Catheter chụp động mạch vành hai bên	Cái	Chụp được 2 nhánh động mạch vành trái và phải Cấu trúc ≥ 3 lớp. Kích thước: tối thiểu có các cỡ: 5F (Độ rộng lòng $\geq 1,2$ mm) và 4F (Độ rộng lòng $\geq 1,0$ mm). Chiều dài ≥ 100 cm. Vật liệu: polyamide. Chịu được áp lực tối đa ≥ 1200 psi	150
9	Phần 7	7.1	Catheter chụp mạch ngoại vi	Cái	Cấu trúc ≥ 3 lớp. - Hình dáng đầu tip: đa dạng, tối thiểu có dạng cho vành phải, vành trái, thất trái và quai động mạch chủ. - Kích thước: tối thiểu có các cỡ: 5F (Độ rộng lòng $\geq 1,2$ mm) và 4F (Độ rộng lòng $\geq 1,0$ mm). - Vật liệu: Polyurethan	50
10		7.2	Dây dẫn đường cho bóng và stent ái nước dùng cho can thiệp mạch vành đầu thẳng	Cái	Dùng dẫn đường can thiệp mạch vành đầu vào lõi nitinol; Độ cứng: có nhiều lựa chọn. Độ dài ≥ 180 cm. Phân biệt các loại dây bằng số lượng điểm đánh dấu. Một đầu dây có đoạn chờ để nối thêm dây mở rộng.	28
11	Phần 8	8.1	Sonde niệu quản JJ chất liệu polyurethan	Cái	Chất liệu: Polyurethane. Có lỗ hai bên. Bao gồm: que đẩy, chỉ ở đầu xa, kẹp.	200

OK

CÔNG TY.....
Địa chỉ:.....

(mẫu Báo giá)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh Viện Quân y 103

Căn cứ Thư mời chào giá của Bệnh viện Quân y 103 ngày Tháng Năm, chúng tôi xin gửi tới Bệnh viện báo giá các VTYT như sau:

STT	Số phần	STT theo phần	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, hãng sản xuất						Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT....%)	Chi phí các dịch vụ liên quan	Thuế phí, lệ phí	Thành tiền
				Thương hiệu	Tên thương mại	Mã code hàng hóa	Hãng sản xuất	Phân loại TTYT	Số công bố									
I																		
Tổng cộng:																		
Số tiền bằng chữ:																		

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí, thuế VAT, phí vận chuyển đến Bệnh viện.

Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2023.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023
GIÁM ĐỐC