

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết, Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, nhà cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại, Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 103.

- Địa chỉ: Số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đồng chí: Nguyễn Văn Khoa - Khoa Trang bị/Bệnh viện Quân y 103.

- Điện thoại: 0989.282838. Email: nguyenkhoatb103@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Khoa Trang bị, tầng hầm B2, Bệnh viện Quân y 103.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h ngày 09 tháng 8 năm 2023 đến trước 16h ngày 18 tháng 8 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày kết thúc nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế: (Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Vận chuyển, cung cấp, lắp đặt và bàn giao tại Khoa Trang bị/ Bệnh viện Quân y 103.

- Địa chỉ: Số 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2023.

4. Các thông tin khác: Các đơn vị tham gia chào giá soạn báo giá theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban CNTT (để đăng tải website);
- Lưu: CNTT, TB. K03.



Thiếu tướng Trần Việt Tiến

PHỤ LỤC
DANH MỤC VẬT TƯ

(kèm theo yêu cầu báo giá của Bệnh viện Quận y 103 ngày 09/8/2023)

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Số lượng
1	Dụng cụ mở đường vào động mạch quay	<p>Dụng cụ mở đường quay các cỡ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chất liệu polythylene và Polypropylene - Có Guirewire kèm (làm bằng thép không rỉ hoặc nitinol), đầu tip có loại thẳng và 3mmJ; đường kính 0.018"; dài 40cm - Có kèm theo kim chọc mạch 21G dài 4cm. - Đủ các cỡ 4F, 5F, 6F dài 7 cm, 11 cm mỗi size được thiết kế màu sắc khác nhau. - Tiêu chuẩn FDA, ISO, CE. 	Cái	150
2	Bộ lọc cô đặc máu dành cho người lớn	<ul style="list-style-type: none"> - Tốc độ lọc: ≥ 61 ml/h/mmHg - Chất liệu sợi lọc: Polyethersulfone - Diện tích màng lọc $\geq 1,4$ m² - Thể tích môi : ≥ 85ml - Số sợi lọc: ≥ 8600 sợi - Áp lực xuyên màng : < 45mmHg - Chiều dài quả lọc ≥ 305 mm - Đường kính quả lọc: ≥ 55mm - Bộ lọc có khả năng lọc Urea, photphat, Vitamin B12, creatinine. - Đường kính sợi lọc: $\geq 200\mu\text{m}$ - Độ dày thành lọc: $\geq 30\mu\text{m}$ 	Bộ	20
3	Clip cầm máu tiêu hóa	Sử dụng trong cầm máu tiêu hóa, kẹp clip có hai loại mở góc độ khác nhau.	Cái	300
4	Dao bẻ góc 15° cho phẫu thuật mắt	Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ. Tay cầm nhựa thiết kế để cầm thoải mái. Tạo độ mở rộng góc 15°. Có nắp an toàn bảo vệ.	Cái	500
5	Dao mổ Phaco	Chất liệu thép không gỉ. Có nắp an toàn bảo vệ. Kích thước đường rạch 2,8mm.	Cái	300

6	Dây hút silicon 1.8m cho máy hút dịch	Chất liệu silicon mềm, kết nối được với máy hút dịch và dây hút dịch, khi sử dụng không bị bẹp. Vô trùng. Kích thước dài $\geq 1,8m$.	Cái	1000
7	Ống thông tiêu 3 nhánh	Có 3 nhánh, đầu làm bằng silicone, ngắn và bóng đồng tâm, có đường cản quang, bóng silicon, các số.	Cái	300
8	Bộ dẫn lưu vết mổ áp lực âm có Troca tròn, dẹt Silicon	Baogồm: - 01 Quả hút áp lực âm, dung tích 200cc có 01 công xả dịch, 2 cổng dẫn lưu, chất liệu 100% Silicon, được tiệt trùng kép. - 01 Dây dẫn lưu dịch kèm Troca (loại tròn các cỡ 10fr, 14fr, 15fr, 19fr, 20fr và loại dẹt các cỡ 10mm, 13mm) chất liệu 100% Silicon, được tiệt trùng kép.	Bộ	350
9	Miếng dán phẫu thuật dùng cho tán sỏi qua da đường hầm nhỏ	Miếng dán chuyên dùng cho tán sỏi qua da 01 cái/gói; cỡ $\geq (45 \times 45cm)$	Miếng	200

