

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, nhà cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu về việc cung cấp giường siêu âm, cồng thương đẩy cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 103

- Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá:

- Đồng chí: Nguyễn Văn Hải, khoa Trang bị/Bệnh viện Quân y 103. Điện thoại: 0379458762. Email: Hoanghai721992@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại: Khoa Trang bị, tầng hầm B2, Bệnh viện Quân y 103

- Qua đường bưu điện, địa chỉ nhận: Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 103 – Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 02 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 13 tháng 11 năm 2023.

5. Thời hạn hiệu lực tối thiểu của báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị/vật tư:

STT	Danh mục	ĐVT	SL	Yêu cầu cấu hình kỹ thuật
1	Giường siêu âm	Cái	4	1. Cấu hình: - Khung giường: 01 cái - Khung chân: 02 cái - Đệm mút: 01 cái 2. Đặc tính kỹ thuật: a. Kích thước (mm): - Kích thước tổng thể (mm): D1900xR650xC600±3% (không kể đệm) b. Kết cấu chung:

				<ul style="list-style-type: none"> + Khung giường được lắp ghép với chân giường thông qua tấm bích và bulong chắc chắn. + Giát giường bằng inox + Chân giường bằng inox hộp được bọc chân cao su. - Tải trọng: $\geq 200\text{kg}$. <p>c. Vật liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương. - Đệm chân giường bằng cao su đúc. - Đệm mút 2 khúc, dày $\geq 50\text{mm}$, bọc giả da không thấm nước thuận tiện cho việc vệ sinh, chịu được các chất tẩy rửa thông thường. <p>d. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm mới 100%.
2	Cáng thương đẩy	Cái	6	<p>. Cấu hình đồng bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khung cáng: 01 cái + Cáng khênh tay: 01 cái + Khung chân: 02 bộ + Giàng chân: 01 cái + Cọc truyền: 01 cái + Đệm mút: 01 cái + Bánh xe: 01 bộ <p>2. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>a. Kích thước (mm): D1900xR600xC750 mm$\pm 5\%$</p> <p>b. Kết cấu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết cấu: Xe có kết cấu tháo lắp, cụ thể: + Cáng khênh tay có thể dễ dàng nhấc khỏi xe trong trường hợp cần thiết. + Hai lan can bằng inox hai bên có thể xếp gọn lên xuống khi không sử dụng. + Cọc truyền dịch bằng inox ống có móc treo. + Đệm mút dày $\geq 50\text{mm}$ được bọc ngoài bằng vải giả da không thấm nước, + Tải trọng của xe: $\geq 250\text{ kg}$ <p>c. Vật liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Làm bằng inox (201 hoặc 304 hoặc tương đương). <p>d. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm mới 100%.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế tại: Khoa Trang bị/Bệnh viện Quân y 103. Đ/c: 261 Phùng Hưng - Phúc La - Hà Đông - Hà Nội.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị. *Trần*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (đề b/cáo);
- Ban Tài chính;
- Website BV;
- Lưu: VT, T/bi. B3.



GIÁM ĐỐC

Trần
Thiếu tướng Trần Viết Tiến