

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp.

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn các đơn vị, nhà cung cấp trang thiết bị y tế đã hợp tác với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện tại Bệnh viện Quân y 103 đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu về việc cung cấp Optic 0 độ và giá đỡ optic cho Hệ thống nội soi tai mũi họng Karl Storz Telecam DXII cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Quân y 103
- Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Thông tin liên hệ người tiếp nhận báo giá:
- Đồng chí: Nguyễn Văn Hải, khoa Trang bị/Bệnh viện Quân y 103. Điện thoại: 0379458762. Email: Hoanghai721992@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá
- Nhận trực tiếp tại: Khoa Trang bị, tầng hầm B2, Bệnh viện Quân y 103
- Qua đường bưu điện, địa chỉ nhận: Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 103 – Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 25 tháng 12 năm 2023 đến trước 17h ngày 4 tháng 01 năm 2024.
- Thời hạn hiệu lực tối thiểu của báo giá: 90 ngày kể từ ngày ký báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị, vật tư yêu cầu báo giá:

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Ống kính soi, hướng 0 độ, cho Hệ thống nội soi Karl Storz – Telecam DXII Yêu cầu kỹ thuật: - Đường kính: $\geq 2,7$ mm, Dài: ≥ 110 mm - Tương thích với Hệ	- Đường kính: $\geq 2,7$ mm Dài: ≥ 110 mm - Có thể hấp tiệt trùng ở nhiệt độ thấp - Sử dụng thấu kính hình gậy, thị kính được bọc saphia chống xước	Cái	01

	thông nội soi Karl Storz – Telecam DXII - Có thể hấp tiệt trùng,	-Tương thích với Hệ thống nội soi tai mũi họng Karl Storz – Telecam DXII		
2	Hộp tiệt trùng và bảo quản ống soi - Chất liệu: Bằng nhựa - Kích thước: 321 x 90 x 45 mm - Dùng cho 2 ống soi cứng, có chiều dài tối đa 20 cm	- Kích thước: ≥ 321 x 90 x 45 mm - Chiều dài: ≥ 20 cm - Dùng cho ≥ 02 ống soi cứng - Chất liệu: Bằng nhựa - Phù hợp với các phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước, Khí, Hóa chất, có đục lỗ, có lắp đặt	Cái	01

2. Địa điểm cung cấp lắp đặt: Phòng KTYC - Bệnh viện Quân y 103

- Địa chỉ: Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

3. Thời gian hoàn thành công việc dự kiến: 60 ngày kể từ ngày Bệnh viện xác nhận báo giá.

4. Nội dung báo giá

Quý đơn vị chào giá theo mẫu tại Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ y tế.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, T/bi. B05.



Thiếu tướng Trần Viết Tiến