

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc mời cung cấp bóng đèn hồng ngoại

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Trước hết Bệnh viện Quân y 103 xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị, nhà cung cấp với Bệnh viện trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện có nhu cầu sửa chữa đèn hồng ngoại cho Khoa Phục hồi Chức năng, để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch mua sắm, sửa chữa. Bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp hàng hoá, dịch vụ nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện Quân y 103 theo các thông tin sau:

1. Danh mục, số lượng, chất lượng hàng hóa:

TT	Danh mục	Yêu cầu cấu hình, thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Bóng đèn hồng ngoại	- Điện áp: 220V-250V - Công suất 250W - Tuổi thọ ≥ 5.000 giờ - Nhiệt độ phát tối đa ≥ 400 độ	Cái	20

Tổng số: 01 khoản.

2. Hồ sơ báo giá

2.1. Nội dung báo giá

- Báo giá nêu rõ tên, nhãn hiệu sản phẩm, đơn vị tính, số lượng, đơn giá (đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, sửa chữa tại Bệnh viện Quân y 103, số 261 đường Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, TP Hà Nội).

- Bảng giá kèm thông tin mô tả chi tiết hàng hóa (model, ký mã hiệu, hãng, nước sản xuất).

3. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2024.

4. Phương thức báo giá: Báo giá gửi trực tiếp hoặc qua đường công văn, bưu điện.

5. Địa chỉ nhận Báo giá: Khoa Trang bị, Bệnh viện Quân y 103 – Số 261 đường Phùng Hưng, phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Liên hệ: đ/c Toàn 0902227696.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Tài chính;
- Lưu: Tbi. T03.



Đại tá Lương Công Thúc